



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 2197-СН от 09.12. 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки оборудования для лаборатории.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы №1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во
1.	Шкаф вытяжной для определения парафинов в нефти ШВП-П1800н, 1850х900х2350мм; металлический каркас с панелями и вставками из листовой стали, порошковое покрытие, двухуровневая столешница из керамогранитной плитки с бортиком и раковиной из нержавеющей стали; цвет серый, экран с раздвижными стеклянными дверцами, блок электророзеток 230 В (4 шт.); автоматический выключатель питания 25А; светильник местного освещения, дистанционный подвод холодной воды, гибкие воздуховоды и полипропиленовая канализация. Штативная стенка ШС-1800 404 301,00 404 301,00 В шкафу должно быть достаточно места для размещения четырех адсорбционных колонок одновременно. Рабочее место для колонок должно соответствовать размеру 720-750 мм. Монтаж шкафа изготовителем на месте заказчика	1 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция новая, не бывшая в эксплуатации.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;

- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: согласно ГОСТ, ТУ предприятия изготовителя.

5. Место поставки и сборки оборудования: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, панель 8, производственная база № 0010, Известинское месторождение.

6. Срок (график) поставки Товара: декабрь 2021 года. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

9. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- оплата по факту поставки.

11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

12. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

13. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

14. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

15. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

16. Коммерческое предложение просим представить до 16.11.2021г. (включительно) по электронной почте: smta@yangpur.ru.

17. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

18. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

19. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

20. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109.

- по техническим вопросам – тел. (34936) 5-23-64 (доб. 303); 8-904-455-10-03 lab@yangpur.ru, Мухаметьянова Гульфия Гигельевна.

Ведущий специалист СМТО



В.Ю. Исаков

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков В.Ю.

Приложение №1

**Технические требования к шкафу вытяжному для парафинов
ШВП-П1800**

1. Назначение:

Шкаф вытяжной для парафинов предназначен для защиты персонала при выполнении работ по определению массовой доли парафина в нефти по ГОСТ 11851-85. *В шкафу должно быть достаточно места для размещения четырех адсорбционных колонок одновременно. Рабочее место для колонок должно соответствовать размеру 720-750 мм.*

2. Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150:

Вытяжной шкаф изготавливается в исполнении (УХЛ-4) для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата в закрытых отапливаемых помещениях при температуре +15...+35 °С и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги.

3. Габаритные размеры, мм: (ШхГхВ)

1860х900х2350;

4. Высота расположения рабочей плиты, мм

900;

5. Комплект поставки:

- Камера;
- Тумба;

6. Материал:

Металлоконструкция вытяжного шкафа выполнена из высококачественного холоднокатаного листа толщиной 1...1,5 мм по ГОСТ 16523.

Подготовка поверхностей перед окрашиванием выполнена в соответствии с ГОСТ 9.402, методом погружения в ванны с обезжиривающими и фосфатирующими составами и последующей сушкой.

Покрытие: первый слой- цинконаполненный грунт ($t = 50...70$ мкм),
- второй слой матовая порошковая эпоксидная краска RAL 7047 ($t = 50...70$ мкм.). Класс покрытия 1 по ГОСТ 9.032.

7. Устройство:

Вытяжной шкаф для парафинов (далее-Шкаф) - цельнометаллическая конструкция с вертикальным расположением одного подвижного экрана. Шкаф состоит из двух частей: камеры и тумбы.

Камера вытяжного шкафа выполнена сборной с помощью винтов М6 и гаек с шайбами из отдельно окрашенных стальных листовых панелей коробчатого сечения с несколькими гребнями.

Вытяжка воздуха в камере осуществляется из двух зон – верхней и нижней. Правильное распределение потоков воздуха в камере обеспечивается воздушным экраном, изготовленного также из стального листа. Для подключения к вытяжной системе вентиляции лаборатории предусмотрен патрубок Ду 200 мм. В задней стенке камеры предусмотрен патрубок Ду 80 мм для подключения воздуховода, идущего от правого отсека тумбы шкафа.

Подвижный экран выполнен в виде рамки алюминиевого профиля специального сечения, в которую вставлены две раздвижные стеклянные дверцы из высокопрочного стекла «Триплекс» толщиной 5,8мм по ГОСТ Р 51136-98. Дверцы перемещаются в пластмассовых направляющих, закрепленных в профиле. Рамка окрашена в «фирменный», легко узнаваемый цвет S1040-R90B.

Подвижный экран обеспечивает высоту рабочего проема шкафа - 900 мм, что при глубине шкафа - 750 мм и внутренней высоте камеры – 1250 мм дает возможность без труда размещать в камере шкафа оборудование, необходимое для проведения анализов.

Для уменьшения габаритных размеров и размеров деталей фасадной части и соответственного максимального увеличения рабочей площади внутреннего пространства до 1800х750 противовес расположен на задней стенке шкафа.

Подвижный экран связан с противовесом с помощью двух высококачественных авиационных канатов через регулировочные узлы, которые позволяют производить компенсацию вытягивания канатов в процессе эксплуатации. Благодаря применению ворсистой антифрикционной прокладки между противовесом и направляющей снижен до минимума уровень шума при поднимании и опускании подвижного экрана.

Внутреннее пространство камеры освещается двухламповым люминесцентным светильником через специальное окно. Светильник расположен на верхнем щите камеры и отделен от зоны воздействия агрессивных сред экраном из оргстекла, который одновременно служит аварийным клапаном.

Шкаф комплектуется штативной стенкой. В состав штативной стенки входят штативные стойки из нержавеющей стали длиной 250 и 1800 мм. Стойки длиной 250 мм вворачиваются в специальные втулки, установленные на воздушных экранах. Между собой стойки соединяются двойными зажимами. Для крепления на штативной стенке лабораторных аппаратов и устройств в комплект поставки включены лапки с захватами.

Тумба шкафа представляет собой сборную конструкцию из трубного каркаса и листовых панелей. Она обеспечивает жесткость и устойчивость шкафа. Каркас тумбы изготовлен из прямоугольных труб 50х25.

Тумба разделена на два отсека: правый отсек – вентилируемый и левый – невентилируемый. Левый отсек предназначен для размещения вспомогательного оборудования (криостат, вакуумная система и т.п.). В нем же на боковой стенке смонтирован электрический блок. Над отсеком установлена столешница шириной 1190 мм. В правом отсеке установлен воздушный экран, обеспечивающий отсос воздуха из нижней части отсека. В нижней его части размещена вторая столешница шириной 600мм, на которую устанавливается оборудование. Пространство в правой части предназначено для размещения колонок.

8. Устройство электрооборудования:

Светильник оснащен пускорегулирующей аппаратурой со стартером и рассчитан для установки двух люминесцентных ламп Т8 (36Вт, цоколь G13). Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP 65.

В электрическом блоке смонтированы: автоматический выключатель ВА 47-29 25А согласно ГОСТ Р 50345-99 и ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, служащий для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, клавишный выключатель светильника и три розетки с контактной группой повышенной надежности в брызгозащитном исполнении РСН-1 ~230В 16А. Суммарная максимальная мощность подключаемых к розеткам приборов не должна превышать 5 кВт. Защитное заземление выполнено проводом желто-зеленого цвета сечением 4 мм² согласно ПУЭ изд. 7. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

Для подключения к заземляющему контуру лаборатории на боковой стойке тумбы установлен с помощью сварки винт М5 с двумя гайками и шайбами.

9. Рабочая поверхность:

Рабочие поверхности столешниц толщиной 40мм выполнены из керамогранитной плитки. Материал устойчив при длительном воздействии химреактивов, негигроскопичен, негорюч. По периметру столешниц имеется противопроливной бортик высотой 9 мм.