



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгулр»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 1896-сч от 28.12 2020 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгулр» заинтересовано в приобретении анализатора точек росы.

1. **Наименование:** Анализатор точек росы интерференционный «КОНГ-Прима-10», либо аналог.
2. **Количество (объём):** два комплекта.
3. **Технические характеристики:**
 - 3.1. Внешнее напряжение питания 220 В переменного тока частотой 50 Гц;
 - 3.2. Исполнение: преобразователь точки росы (ПТР) в комплекте с устройством пробоотбора и подготовки газа для монтажа на трубопровод ДУ200;
 - 3.3. Метод измерений: конденсационный метод измерений;
 - 3.4. Тип выходных сигналов: цифровой интерфейс RS232/RS485, Протокол Modbus/RTU, аналоговый 4...20 мА;
 - 3.5. Тип исполнения: преобразователь точки росы (ПТР) – КРАУ2.848.004, блок индикации и управления (ИБ) – КРАУ3.622.002-01, блок питания RP1072-24;
 - 3.6. Требуемые функции:
 - 3.6.1. Измерение температуры точки росы (ТТР) воды и углеводородов;
 - 3.6.2. Цифровая индикация измеренных значений ТТР на встроенном ЖКИ;
 - 3.6.3. Передача информации о работе анализатора, измеренных значений ТТР в другие ЛВС через интерфейс RS485, протокол Modbus RTU;
 - 3.6.4. Индикация состояния анализатора на встроенных индикаторах.
 - 3.7. Диапазон измерения ТТР влаги и углеводородов: -30...+30 °С;
 - 3.8. Пределы абсолютной погрешности при измерении ТТР воды и углеводородов: ±1%;
 - 3.9. Давление рабочей среды: до 10 МПа;
 - 3.10. Температура рабочей среды: -20...+50 °С.
 - 3.11. Комплектность: КОНГ-Прима-10 005-03 А 2 КРАУ2.844.005-03 в составе:
 - 3.11.1. Преобразователь точки росы КРАУ2.848.004;
 - 3.11.2. Интерфейсный блок КРАУ3.622.002-01;
 - 3.11.3. Блок питания БП60Б-Д4-24С;
 - 3.11.4. Комплект кабелей, инструментов, материалов и принадлежностей.

В случае заинтересованности, просим Вас в срок до 18.01.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: sres_snab@yangpur.ru направить коммерческое предложение на поставку данной продукции с учетом доставки продукции до г. Губкинский (ЯНАО).

Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- **по техническим вопросам** – Гранатов Руслан Владимирович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 203, моб. 8-908-856-22-60, zam_kip@yangpur.ru

Зам. начальника СМТО

О.А. Голдаева