



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»**

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 320-сч от 09.03 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки уровнемеров.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование и обозначение	Технические характеристики	Кол-во
1	Поплавковый ультразвуковой уровнемер ДУУ-2М-04-0-3.70 (1 поплавков), зонд жесткий, или аналог	Приложение № 1	1 шт.
2	Поплавковый ультразвуковой уровнемер ДУУ-2М-04-0-3.70 (2 поплавка), зонд жесткий, или аналог	Приложение № 2	1 шт.
3	Поплавковый ультразвуковой уровнемер ДУУ-2М-04-0-3.30 (2 поплавка), зонд жесткий, или аналог	Приложение № 3	2 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

2.1 Зарегистрированное в государственном реестре средство измерений, метрологически обеспеченное;

2.2. Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах;

2.3. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, копии свидетельства о регистрации типа средства измерений с описанием типа, методика поверки, свидетельство о поверке (отметка в паспорте СИ, штрихкодированная наклейка) разрешение на применение на опасных производственных

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;

- контактное лицо.

4. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

5. Срок (график) поставки Товара: июнь 2021 года. **Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.**

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. **Возможен иной период отсрочки платежа по согласованию с Заказчиком.**

9. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- *минимальная стоимость;*
- *оплата по факту поставки.*

10. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. Коммерческое предложение просим представить до 17.03.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru.

16. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на

поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

17. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

18. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

19. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- **по техническим вопросам** – Гранатов Руслан Владимирович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 203, моб. 8-908-856-22-60, zam_kip@yangpur.ru

Зам. начальника СМТО



О.А. Голдаева

Технические характеристики:

1. Напряжение питания $24 \pm 10\%$ В постоянного тока;
2. Измеряемый параметр: уровень, температура, давление;
3. Измеряемая среда: нефть;
4. Количество поплавков: 1;
5. Максимальное давление измеряемой среды: 4 МПа;
6. Максимальная температура измеряемой среды: 90 °C;
7. Плотность среды: 750-950 кг/м³;
8. Длина чувствительного элемента: 3,7 м;
9. Тип чувствительного элемента: жесткий;
10. Диапазон измеряемых температур: -45...+65 °C
11. Допустимая абсолютная погрешность измерения уровня: ± 5 мм;
12. Допустимая абсолютная погрешность измерения температуры: ± 2 °C;
13. Температура окружающей среды: -40...+70 °C;
14. Тип установки: на резервуар (монтаж только сверху);
15. Соединение с процессом: фланцевое присоединение;
16. Выходной сигнал: 4-20 мА;
17. Электрическое подключение: кабельный ввод для подключения кабеля от 7 до 12 мм;
18. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exib);
19. Степень защиты: IP66;

Заместитель начальника
службы МАС- инженер метролог

(подпись)

Р.В. Гранатов
(инициалы, фамилия)

«04» марта 2021 г.

Технические характеристики:

1. Напряжение питания $24 \pm 10\%$ В постоянного тока;
2. Измеряемый параметр: уровень, раздел фаз, температура, давление;
3. Измеряемая среда: нефть;
4. Количество поплавков: 2;
5. Максимальное давление измеряемой среды: 4 МПа;
6. Максимальная температура измеряемой среды: $90\text{ }^{\circ}\text{C}$;
7. Плотность среды: $750\text{--}950\text{ кг/м}^3$;
8. Длина чувствительного элемента: 3,7 м;
9. Тип чувствительного элемента: жесткий;
10. Диапазон измеряемых температур: $-45\text{...}+65\text{ }^{\circ}\text{C}$
11. Допустимая абсолютная погрешность измерения уровня: $\pm 5\text{ мм}$;
12. Допустимая абсолютная погрешность измерения температуры: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$;
13. Температура окружающей среды: $-40\text{...}+70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
14. Тип установки: на резервуар (монтаж только сверху);
15. Соединение с процессом: фланцевое присоединение;
16. Выходной сигнал: 4-20 мА;
17. Электрическое подключение: кабельный ввод для подключения кабеля от 7 до 12 мм;
18. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exib);
19. Степень защиты: IP66;

Заместитель начальника
службы МАС- инженер метролог

_____ (подпись)

Р.В. Гранатов
_____ (инициалы, фамилия)

«04» марта 2021 г.

Технические характеристики:

1. Напряжение питания 24±10% В постоянного тока;
2. Измеряемый параметр: уровень, раздел фаз, температура, давление;
3. Измеряемая среда: нефть;
4. Количество поплавков: 2;
5. Максимальное давление измеряемой среды: 4 МПа;
6. Максимальная температура измеряемой среды: 90 °С;
7. Плотность среды: 750-950 кг/м³;
8. Длина чувствительного элемента: 3,3 м;
9. Тип чувствительного элемента: жесткий;
10. Диапазон измеряемых температур: -45...+65 °С
11. Допустимая абсолютная погрешность измерения уровня: ±5 мм;
12. Допустимая абсолютная погрешность измерения температуры: ±2 °С;
13. Температура окружающей среды: -40...+70 °С;
14. Тип установки: на резервуар (монтаж только сверху);
15. Соединение с процессом: фланцевое присоединение;
16. Выходной сигнал: 4-20 мА;
17. Электрическое подключение: кабельный ввод для подключения кабеля от 7 до 12 мм;
18. Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь (Exib);
19. Степень защиты: IP66;

Заместитель начальника
службы МАС- инженер метролог

(подпись)

Р.В. Гранатов
(инициалы, фамилия)

«04» марта 2021 г.